

佐賀県医療センター好生館 脳神経外科用鋼製小物セット 調達業務仕様書

1. 機器構成

| 機器名           |  |            |                | 数量 |
|---------------|--|------------|----------------|----|
| 脳神経外科用鋼製小物セット |  |            |                | 一式 |
| 品名            | 規格(型番)                                       | メーカー名      |                |    |
| 内<br>訳        | 上山式マイクロ剪刀 剛剪/ギザ刃                             | 119-101-13 | 村中医療器          | 1  |
|               | BONIMED レンパート丸ノミ鉗子 直                         | 451-551-05 | 村中医療器          | 2  |
|               | BONIMED シルバーS バイポーラピンセット<br>ジュエラータイプ 0.25 mm | 451-938-01 | 村中医療器          | 1  |
|               | BONIMED シルバーS バイポーラピンセット<br>ジュエラータイプ 0.4 mm  | 451-938-02 | 村中医療器          | 1  |
|               | 二重関節大型丸のみ鉗子 湾曲型                              | 07-044-00  | ミズホ            | 2  |
|               | 二重関節小型丸のみ鉗子 湾曲型                              | 07-046-00  | ミズホ            | 2  |
|               | ヤサーギル結紮ガイド 左カーブ                              | FD270R     | ビー・ブラウンエースクラップ | 2  |
|               | ヤサーギル結紮ガイド フック型                              | FD273R     | ビー・ブラウンエースクラップ | 2  |
|               | 圧調節式マイクロ吸引管 4-S                              | 8001-04S   | フジタ医科器械        | 2  |
|               | 圧調節式マイクロ吸引管 5-S                              | 8001-05S   | フジタ医科器械        | 2  |
|               | 圧調節式マイクロ吸引管 4-M                              | 8001-04M   | フジタ医科器械        | 2  |
|               | 圧調節式マイクロ吸引管 5-M                              | 8001-05M   | フジタ医科器械        | 2  |
|               | 圧調節式マイクロ吸引管 6-M                              | 8001-06M   | フジタ医科器械        | 2  |
|               | 圧調節式マイクロ吸引管 7-M                              | 8002-07M   | フジタ医科器械        | 2  |
|               | 圧調節式マイクロ吸引管 3-L                              | 8001-03L   | フジタ医科器械        | 2  |
|               | 圧調節式マイクロ吸引管 4-L                              | 8001-04L   | フジタ医科器械        | 2  |
|               | 圧調節式マイクロ吸引管 5-L                              | 8001-05L   | フジタ医科器械        | 2  |
|               | 圧調節式マイクロ吸引管 6-L                              | 8001-06L   | フジタ医科器械        | 2  |
|               | 圧調節式マイクロ吸引管 7-L                              | 8002-07L   | フジタ医科器械        | 2  |
|               | 脱着式イリゲーション付吸引管本体 斜め(左手用)                     | 8008-21    | フジタ医科器械        | 1  |
|               | イリゲーション吸引ノズル(Aタイプ) 5-M                       | 8008-25M   | フジタ医科器械        | 1  |
|               | イリゲーション吸引ノズル(Aタイプ) 6-M                       | 8008-26M   | フジタ医科器械        | 1  |
|               | イリゲーション吸引ノズル(Aタイプ) 3-L                       | 8008-23L   | フジタ医科器械        | 1  |
|               | イリゲーション吸引ノズル(Aタイプ) 5-L                       | 8008-25L   | フジタ医科器械        | 1  |
|               | AVM用ヘモクリップ鉗子 反                               | 8065-02    | フジタ医科器械        | 1  |

2. その他納入に関して

- ① 令和5年3月31日までに、本仕様書に掲げる機器について、搬入・設置・据付・調整等を確実に完了し、安定した稼働ができるようにすること。
- ② 機器の搬入、設置調整、組み立て費及び接続費は、今回の調達範囲に含むこと。(一次側設備[電気・空調・給排水等]費用は含まない)

- ③ 納入前に、納入先担当者と納入スケジュールを確認し、合意の得られた日程で作業を進めること。また、計画書類を提出する等をし、情報の齟齬が無いように努めること。
- ④ 機器の設置調整にあたっては、当館スタッフとの協議の上、その指示によること。また、搬入の際には納入業者が立ち会うこととし、当館に損傷を与えないように注意を払うよう努め、必要がある場合、搬入経路に養生等を施すこと。
- ⑤ 当館の建物および設備等に損傷を与えた場合、納入業者の責任において現状復旧すること。
- ⑥ 機器設置にあたって、使用許可等関係行政機関への申請が必要な場合は、書類作成のための資料等を提供すること。
- ⑦ 機器の設置調整にあたっては、当館スタッフとの協議の上、その指示によること。
- ⑧ 機器やシステムの納入から起算して1年間は、それらの修理及び保守について無償で行うこと。
- ⑨ 落札業者及びメーカーにおいて、機器等に各種障害が発生した際に早急な復旧を可能にするサービス体制を構築しており、当館に対してその証明が可能であること。
- ⑩ 機器の故障や不具合に対して、夜間及び土日祝日、年末年始等当館の通常営業時間外においても修理等の対応、連絡体制が整備されていること。
- ⑪ 機器やシステムに関して当館からの依頼がある場合、30分～1時間以内に担当者が到着し、対応できる体制が整備されていること。
- ⑫ 操作マニュアルは、日本語版を当館が必要とする部数提供すること。
- ⑬ 納入期限までに、当館の指示や指定する条件に基づき、当館職員の立会いのもとで動作確認を行うこと。
- ⑭ 取り扱い説明に関する教育訓練は、当館の医療職員(医師・看護師・コメディカル等)2名以上に対し、当館が指定する日時・場所で行うこと。
- ⑮ 納入後1年間に行った調整及び修理等のすべての作業については、当館担当者に報告すること。
- ⑯ 納入後1年間は、必要に応じ、電話・現場立ち合いにより教育訓練を実施することとし、その経費については無償とすること。