

佐賀県医療センター好生館 高周波手術装置 調達業務仕様書

1. 機器構成

機器名				数量
高周波手術装置				一式
品名	型番・規格	メーカー名		
内訳	VIO3 4 ソケット GI モデル-C	E12-5008	アムコ	1
	アルゴンガス供給装置 APC3	E125005	アムコ	1
	VIO3 用 1 ペダルリモート付フットスイッチ	E12-3302	アムコ	1
	VIO3 用 2 ペダルリモート付フットスイッチ	20189-352(E12-3303)	アムコ	1
	VIO ワークステーション用カート	E12-0548	アムコ	1
	プレッシャーレギュレーター (減圧弁)	E12-0585	アムコ	1
	ワイヤーバスケット	20180-010(E12-0554)	アムコ	1
	スタンダードレール	E12-0549	アムコ	1
	APC3 固定具	E12-3305	アムコ	1
	VIO 用 抜け防止付きロック電源ケーブル 5m	0M08015	アムコ	1
	モノポーラケーブルポビージャック オリンパスコネクタ 4m	20192-117(E120882)	アムコ	2
	アルゴンガスボンベ 5L	0010103	アムコ	2
	IES3 スモークエバキューエーター	E120891	アムコ	1
	IES3 用フィルターカートリッジ	E120892	アムコ	1
	IES 用プレフィルタ (15 イリ)	E121400	アムコ	1
	ウォータートラップ	E120895	アムコ	5
ラパロ用排チューブ (10 イリ)	6658002	アムコ	1	

2. その他納入に関して

- ① 令和 7 年 3 月 31 日までに、本仕様書に掲げる機器について、搬入・設置・据付・調整等を確実に完了し、安定した稼働ができるようにすること。
- ② 機器の搬入、設置調整、組み立て費及び接続費は、今回の調達範囲に含むこと。(一次側設備[電気・空調・給排水等]費用は含まない)
- ③ 納入前に、納入先担当者と納入スケジュールを確認し、合意の得られた日程で作業を進めること。また、計画書類を提出する等をし、情報の齟齬が無いように努めること。
- ④ 機器の設置調整にあたっては、当館スタッフとの協議の上、その指示によること。また、搬入の際には納入業者が立ち会うこととし、当館に損傷を与えないように注意を払うよう努め、必要がある場合、搬入経路に養生等を施すこと。
- ⑤ 当館の建物および設備等に損傷を与えた場合、納入業者の責任において現状復旧すること。

- ⑥ 機器設置にあたって、使用許可等関係行政機関への申請が必要な場合は、書類作成のための資料等を提供すること。
- ⑦ 落札業者及びメーカーにおいて、機器等に各種障害が発生した際に早急な復旧を可能にするサービス体制を構築しており、当館に対してその証明が可能であること。
- ⑧ 機器の故障や不具合に対して、夜間及び土日祝日、年末年始等当館の通常営業時間外においても修理等の対応、連絡体制が整備されていること。
- ⑨ 機器に関して当館からの依頼がある場合、30分～1時間以内に担当者が到着し、対応できる体制が整備されていること。
- ⑩ 操作マニュアルは、日本語版を当館が必要とする部数提供すること。
- ⑪ 納入期限までに、当館の指示や指定する条件に基づき、当館職員の立会いのもとで動作確認を行うこと。
- ⑫ 取り扱い説明に関する教育訓練は、当館の医療職員(医師・看護師・コメディカル等)2名以上に対し、当館が指定する日時・場所で開催すること。
- ⑬ 納入後1年間に行った調整及び修理等のすべての作業については、当館担当者に報告すること。
- ⑭ 納入後1年間は、必要に応じ、電話・現場立ち合いにより教育訓練を実施することとし、その経費については無償とすること。