

## 佐賀県医療センター好生館

### ライブ配信システム 賃貸借単価契約に関する仕様書

1. 件名

ライブ配信システム 賃貸借単価契約

2. 業務期間

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで

3. 対応機種

メーカー名	名称	型式	数量
Medinbox 社	Medinbox システム	MIB-MOB-SYSTEM	一式

4. 仕様

- ① Medinbox システムは、画面共有と音声・映像の接続を提供し、医療現場での技術支援、教育、研修、情報共有等に利用できること。
- ② ワークステーションと接続したタッチスクリーンモニターコアボックスパネルの中央にある HDMI ポートに HDMI ケーブルを差し込み、タッチスクリーンモニターに接続できること。
- ③ ヘッドセットは青、ピンク、黄色、紫、緑色の 5 種類を準備すること。
- ④ ヘッドセットの充電ステーションを含むこと。
- ⑤ システム用の SDI 出力があること。この出力は、大画面又は任意のタイプのモニターに表示ができること。
- ⑥ 配信先でもマウス又はタッチスクリーンでカメラの制御ができること。
- ⑦ 選択したビデオ信号がカメラの場合、フィードの右にコントロールオプションが表示できること。

## 5. 接続について

下記の装置との接続が可能であること。また、接続費用および接続用のケーブルは契約の範囲内とする。

- ①アボットメディカル社 EnSite X EP システム
- ②アボットメディカル社 EP ワークメイトクラリス
- ③アボットメディカル社 ViewMate
- ④フィリップス社 Allura Xper FD10/10
- ⑤フィリップス社 Allura Xper FD20
- ⑥フクダ電子社 FCL-1000

## 6. 導入について

- ①令和7年3月31日までに、本仕様書に掲げる機器について、搬入・設置・据付・調整等を完了し、安定した稼働ができるようにすること。
- ②機器の搬入、設置調整、組立費は、今回の調達範囲に含むこと。(一次側設備[電気・空調等]費用は含まない)
- ③導入前に、導入先担当者とスケジュールを確認し、合意の得られた日程で作業を進めること。また、計画書類を提出する等をし、情報の齟齬が無いように努めること。
- ④機器の設置調整にあたっては、当館スタッフとの協議のうえ、その指示によること。また、搬入の際には納入業者が立ち会うこととし、当館に損傷を与えないように注意を払うこと。

## 7. その他

- ①随時保守を行う場合は、当館の関係職員の指示、監督のもとで行い、業務遂行にあたって事故防止に努めること。
- ②通常使用で発生した修理等については、契約の範囲内とする。
- ③この仕様書に定めのない事項については、業務受託者と当館がその都度協議して定めるものとする。