

佐賀県医療センター好生館 オーディオメータ・インピーダンスオーディオメータ

調達業務仕様書

1. 機器構成

機器名				数量
オーディオメータ・インピーダンスオーディオメータ				一式
品名	規格(型番)	メーカー名		
内 訳	オーディオメータ	AA-H1	リオン	1
	インピーダンスオーディオメータ	RS-H1	リオン	1
	聴覚検査結果支援システム	DFX10016	リオン	1
	結果画像出力ソフトウェア	DFX1S130	リオン	2
	検査機器 追加ライセンス A	DFX1S210	リオン	1
	検査機器 追加ライセンス B	DFX1S220	リオン	2
	閲覧端末 追加ライセンス	DFX1S230	リオン	1
	患者情報連携ソフトウェア	DFX1S120	リオン	2
	サーバーPC	EliteDesk 800 G8 SFF/CT	ヒューレット・パッカード	1
	バーコードリーダー	OP6845S1	リオン	2
	AA-H1 用接続ケーブル	KR-LK2, REX-USB60F	サンワサプライ	1
	RS-H1 用 RS232C ケーブル	AAM11900, REX-USB60F	リオン	1
	スピーカーケーブル	AAH11920	リオン	2

2. 接続に関して

- ① オーディオメータ・インピーダンスオーディオメータについて、当館で使用している「統合診療プラットフォームシステム」及び「当館電子カルテシステムと接続されたパソコン」との接続連携を想定している。
- ② ①で示した「統合診療プラットフォームシステム」は、富士フイルムメディカル社製「CITA Clinical Finder」であることを明示する。
- ③ ①で示した「当館電子カルテシステム」は、NEC 社製「MegaOakHR」の最新バージョンであることを明示する。
- ④ 上記項目に挙げた連携接続の費用については、今回の調達範囲に含むものとする。

3. その他納入に関して

- ① 令和4年3月31日までに、本仕様書に掲げる機器について、搬入・設置・据付・調整等を確実に完了し、安定した稼働ができるようにすること。

- ② 機器の搬入、設置調整、組み立て費、スピーカー校正費及び接続費は、今回の調達範囲に含むこと。(一次側設備[電気・空調・給排水等]費用は含まない)
- ③ 現在当館が保存している電子カルテ接続ソフトウェア内のデータ移行について、今回の調達の範囲内とすること。
- ④ 納入前に、納入先担当者と納入スケジュールを確認し、合意の得られた日程で作業を進めること。また、計画書類を提出する等をし、情報の齟齬が無いように努めること。
- ⑤ 機器の設置調整にあたっては、当館スタッフとの協議の上、その指示によること。また、搬入の際には納入業者が立ち会うこととし、当館に損傷を与えないように注意を払うよう努め、必要がある場合、搬入経路に養生等を施すこと。
- ⑥ 当館の建物および設備等に損傷を与えた場合、納入業者の責任において現状復旧すること。
- ⑦ 機器設置にあたって、使用許可等関係行政機関への申請が必要な場合は、書類作成のための資料等を提供すること。
- ⑧ 機器の設置調整にあたっては、当館スタッフとの協議の上、その指示によること。
- ⑨ 機器やシステムの納入から起算して1年間は、それらの修理及び保守について無償で行うこと。
- ⑩ 落札業者及びメーカーにおいて、機器等に各種障害が発生した際に早急な復旧を可能にするサービス体制を構築しており、当館に対してその証明が可能であること。
- ⑪ 機器の故障や不具合に対して、夜間及び土日祝日、年末年始等当館の通常営業時間外においても修理等の対応、連絡体制が整備されていること。
- ⑫ 機器やシステムに関して当館からの依頼がある場合、30分～1時間以内に担当者が到着し、対応できる体制が整備されていること。
- ⑬ 操作マニュアルは、日本語版を当館が必要とする部数提供すること。
- ⑭ 納入期限までに、当館の指示や指定する条件に基づき、当館職員の立会いのもとで動作確認を行うこと。
- ⑮ 取り扱い説明に関する教育訓練は、当館の医療職員(医師・看護師・コメディカル等)2名以上に対し、当館が指定する日時・場所で開催すること。
- ⑯ 納入後1年間に行った調整及び修理等のすべての作業については、当館担当者に報告すること。
- ⑰ 納入後1年間は、必要に応じ、電話・現場立ち合いにより教育訓練を実施することとし、その経費については無償とすること。