

佐賀県医療センター好生館 小児科 汎用超音波画像診断装置 調達業務仕様書

1. 機器構成

機器名			数量
小児科 汎用超音波画像診断装置			一式
品名	規格(型番)	メーカー名	
内 訳	汎用超音波画像診断装置	Vivid S60N Ultra Edition	GE ヘルスケア・ ジャパン 1
	セクタ型プローブ	3Sc-RS	GE ヘルスケア・ ジャパン 1
	セクタ型プローブ	6S-D	GE ヘルスケア・ ジャパン 1
	セクタ型プローブ	12S-D	GE ヘルスケア・ ジャパン 1
	リニア型プローブ	11L-D	GE ヘルスケア・ ジャパン 1
	コンベックス型プローブ	C1-6-D	GE ヘルスケア・ ジャパン 1
	コンベックス型プローブ	C3-10-D	GE ヘルスケア・ ジャパン 1
	AFI 拡張パッケージ (汎用超音波画像診断装置 追加オプション)	AFI LA/AFI RV	GE ヘルスケア・ ジャパン 1
	バーコードリーダー	1000A-WHT-USB	ウェルコムデザイン 1
	超音波診断用ゲルウォーマー	SGW-1(7-7698-01)	アズワン 1

2. 機器構成に関する追記事項

- 汎用超音波画像診断装置について、DVD-R ドライブへの書き込み・読み出しの機能を搭載していること。

3. 接続に関して

- 汎用超音波画像診断装置について、当館で運用している「診療文書管理・診療業務支援システム」、「動画像ファイリングシステム」及び「当館電子カルテシステムと接続されたパソコン」と LAN(100BASE-TX)を用いたソケット通信による連携を想定している。
- ①で示した「診療文書管理・診療業務支援システム」は、富士フィルムメディカル社製「Yahgee」であることを明示する。
- ①で示した「動画像ファイリングシステム」は、ネクシス社製「Nahri AQUA」であることを明示する。

- ④ ①で示した「当館電子カルテシステム」は、NEC 社製「MegaOakHR」の最新バージョンであることを明示する。
- ⑤ 上記項目に挙げた連携接続の費用については、今回の調達範囲に含むものとする。

4. その他納入について

- ① 令和 4 年 3 月 31 日までに、本仕様書に掲げる機器について、搬入・設置・据付・連携接続等を確実に完了し、安定した稼働ができるようにすること。
- ② 機器の搬入、設置調整、組み立て費及び接続費は、今回の調達範囲に含むこと。(一次側設備[電気・空調・給排水等]費用は含まない)
- ③ 納入前に、納入先担当者と納入スケジュールを確認し、合意の得られた日程で作業を進めること。また、計画書類を提出する等をし、情報の齟齬が無いように努めること。
- ④ 機器の設置調整にあたっては、当館スタッフとの協議の上、その指示によること。また、搬入の際には納入業者が立ち会うこととし、当館に損傷を与えないように注意を払うよう努め、必要がある場合、搬入経路に養生等を施すこと。
- ⑤ 当館の建物および設備等に損傷を与えた場合、納入業者の責任において現状復旧すること。
- ⑥ 機器設置にあたって、使用許可等関係行政機関への申請が必要な場合は、書類作成のための資料等を提供すること。
- ⑦ 機器の設置調整にあたっては、当館スタッフとの協議の上、その指示によること。
- ⑧ 機器やシステムの納入から起算して 1 年間は、それらの修理及び保守について無償で行うこと。
- ⑨ 落札業者及びメーカーにおいて、機器等に各種障害が発生した際に早急な復旧を可能にするサービス体制を構築しており、当館に対してその証明が可能であること。
- ⑩ 機器の故障や不具合に対して、夜間及び土日祝日、年末年始等当館の通常営業時間外においても修理等の対応、連絡体制が整備されていること。
- ⑪ 機器やシステムに関して当館からの依頼がある場合、30 分～1 時間以内に担当者が到着し、対応できる体制が整備されていること。
- ⑫ 操作マニュアルは、日本語版を当館が必要とする部数提供すること。
- ⑬ 納入期限までに、当館の指示や指定する条件に基づき、当館職員の立会いのもとで動作確認を行うこと。
- ⑭ 取り扱い説明に関する教育訓練は、当館の医療職員(医師・看護師・コメディカル等)2 名以上に対し、当館が指定する日時・場所で実施すること。
- ⑮ 納入後 1 年間に行った調整及び修理等のすべての作業については、当館担当者に報告すること。
- ⑯ 納入後 1 年間は、必要に応じ、電話・現場立ち合いにより教育訓練を実施することとし、その経費については無償とすること。